

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае в г. Уссурийске»

Испытательный лабораторный центр филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске

Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 84232402185

e-mail: fguz@pkgrp.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40, тел.:
8(4234)34-04-72, e-mail: ussurisk@fguzpk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511004



УТВЕРЖДАЮ

и.о. Главного врача филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г.
Уссурийске», Руководитель ИЛЦ

О.И. Савлукова

МП

12.09.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25-09-08/12745-23 от 12.09.2023

1. Заказчик: ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЖД ЛИЦЕЙ № 20" (ИНН 2511009896
ОГРН 1042502156278)

2. Юридический адрес: 692510, Приморский край Г. УССУРИЙСК, УЛ. САДОВАЯ Д.8
Фактический адрес: Приморский край, г Уссурийск, ул Садовая, д. 8

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая ЦВС из поверхностного источника

4. Место отбора: внутреннее водоразборное устройство, кран пищеблока ЧОУ "РЖД ЛИЦЕЙ № 20",
Приморский край, г Уссурийск, ул Садовая, д. 8

5. Условия отбора:

Дата отбора: 11.09.2023 08:00

Ф.И.О., должность: Лукьянчикова Е.И., м/с ЧОУ "РЖД ЛИЦЕЙ № 20";

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.09.2023 09:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Заявка №533 от 7 сентября 2023 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты
и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 25-09-08/12745-05.1-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

Протокол испытаний № 25-09-08/12745-23 от 12.09.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, UNICO	WK 1812 1810 006
2	Спектрофотометры, UNICO 1201	WK1812 1810 006

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория санитарно-гигиенических исследований Регистрационный номер пробы в журнале 12745 Образец поступил 11.09.2023 09:00 Место осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40 дата начала испытаний 11.09.2023 09:10, дата окончания испытаний 12.09.2023 08:42					
1	Железо общее	мг/дм ³	0,22±0,05	Не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (Издание 2011 года)
2	Мутность	мг/л	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/дм ³)	ГОСТ Р 57164-2016
-					

Конец протокола испытаний № 25-09-08/12745-23 от 12.09.2023